

Общество с ограниченной ответственностью
Угольная Инжиниринговая Компания



С 2007 ГОДА

ИНН6144012216

347871, Ростовская область, г. Гуково, ул. Некрасова д. 49А оф. 17

Тел. +7 (928) 110-67-35 <http://rosuik.ru/> rosuik@yandex.ru

Комплект столов пробоподготовительных

Комплект столов пробоподготовительных СПП-02Р предназначен для обработки и подготовки проб ручными методами различных сыпучих материалов, обеспечивает удобство при проведении операций по перемешиванию, делению и очистке проб от посторонних включений, а также проведения ситовых анализов.



Короба столов изготовлены из листовой нержавеющей стали толщиной 3 мм, что исключает окисления и загрязнения проб любых материалов. Усиленная конструкция стационарного стола позволяет нагружать поверхность стола различными материалами массой до 300 кг, и даже проводить ручное дробление (например, молотком) крупных кусков материалов. Центральная перегородка стационарного стола съемная, что позволяет организовать два независимых места обработки проб. В трех боковых сторонах столов расположены проемы для выгрузки проб со съемным желобом. Стационарный стол оборудован съемной стойкой с пыле-влагозащищенным (IP65) светодиодным прожектором. Нижняя полка на стационарном столе может использоваться для хранения различных инструментов, приспособлений и оборудования пробоотбора и пробоподготовки. Подвижный стол может

использоваться для проведения ситовых анализов проб и любых других целей. Грузоподъемность подвижного стола до 250 кг.

По желанию заказчиков могут быть изготовлены пробоподготовительные столы различных размеров. Комплект столов пробоподготовительных СПП-02Р изготавливается по ТУ 31.09.12-001-83352558-2022.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.41803/22 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Основные технические характеристики

Наименование	Значение
Габаритные размеры стационарного стола, мм. не более (без съемной стойки и прожектора)	1750x1010x1050
Габаритные размеры подвижного стола, мм не более	1250x1050x390
Масса стационарного стола, кг, не более	120
Масса подвижного стола, кг, не более	50
Напряжение прожектора, В	110-265
Потребляемая мощность прожектора, Вт	10